


# 声学计量技术规范预审会审查意见

项目名称	超声外科手术装置校准规范（原）
审查形式	会审会议时间：2024. 7. 19 地点：校会议室
预审会 修改意见	<p>审查组认真审查了技术规范起草材料，听取了起草组的汇报，进行了逐条审查，更正了文字表述中不确切的内容，提出了修改意见：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、名称改为超声外科手术设备基本输出特性校准规范；</li><li>2、5.5-5.8 相关测量参数删除（最大电功率、主声输出面积、次级横振声输出面积、导出的输出声功率）；</li><li>3、6.2.6 和 6.2.7 游标卡尺和水听器删除，增加 CCD 相机；</li><li>4、7.2.1 去掉直接测量法；</li><li>5、7.2 激光测振法和显微镜法分步骤描述；</li><li>6、7.3 横向尖端振幅增加激光测振法的步骤描述，采取两个测量面；</li><li>7、其他编辑性修改。</li></ol>
审查结论	<p>审查组认为：</p> <p>初稿、编制说明及验证报告基本完整。但初稿须修改处较多，建议起草组按照审查意见进行修改，经审查组确认后，再提报秘书处按规定程序组织征求意见。</p> <p>责任专家：（签字）</p> <p></p> <p>2024年7月19日</p>